



Pracoviště: Oblastní inspektorát Opava, Gudrichova 41, 746 01 Opava
tel. +420 553625308, fax. +420 553625601, email: oiopava@cmi.cz

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 24. červen 2011

List 1 z 1 listu

Zákazník: OPAMETAL s.r.o.
Dobšická 3661/26
669 02 Znojmo

Měřidlo - druh: Váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti III

výrobce: Jaroslav Schrötter

typ: MVP60

výrobní číslo: 06.6.07

specifikace: MAX = 60 000 kg MIN = 400 kg d = 20 kg e = 20 kg

Vlastník měřidla:

(je-li odlišný od
zákazníka)

Použité etalony: Sekundární etalony hmotnosti IV. řádu, kalibrovány Českým metrologickým institutem, OI Opava, kalibrační listy č. 7001-KL-Z0198-10 a 7001-KL-Z0239-10.

Datum provedení: 23. června 2011

Místo provedení: Provozovna Opava, Vančurova ulice.

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Ředitel organizační jednotky:

Marek Reichel



Ivo Pitra